

INSULINA POST CUALQUIER INDICACIÓN

Actualizado en Febrero 2025 por TM Jacqueline Parada.
Revisado y Aprobado por TM César González.

Código del Examen : 1508

Nombres del Examen : Insulina post cualquier indicación médica.

Laboratorios de Procesamiento			
	Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
	Laboratorio CMSJ Bioquímica (Química)	Lunes a Sábado	1 día hábil

Preparación del Paciente : Según indicación médica.

Muestra Requerida :  Suero

Muestra Post Indicación Médica*:

Recolectar mínimo 2 mL de sangre en un tubo tapa amarilla (con gel separador).
Rotular el tiempo de recolección.

*El muestreo es realizado según indicación médica.

*La indicación médica puede ser postprandial o post ingesta oral de glucosa.

Dosis de Glucosa:

- Adultos y Niños con peso igual o superior a 43 kilos: administrar 75 grs. de glucosa.
- Adultos y Niños con peso inferior a 43 kilos: administrar 1.75 grs. de glucosa / kilogramo de peso (Máximo 75 grs.).

La solución de glucosa debe beberse en 5 minutos.

Previo a la administración de glucosa realizar un hemoglucotest. Si en adultos el resultado es > 160 mg/dL, o en niños > 130 mg/dL, NO se debe continuar con el examen. Avisar al médico tratante.

Muestra Opcional: No aplica.

Estabilidad de la Muestra ¹				
	Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
	Sangre Total	4 horas	Sin información	No aplica
	Suero	4 horas	2 días	6 meses

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día
Sangre Total: Ambiente SI / Refrigerada NO/ Congelada NO
Suero: Ambiente SI / Refrigerada SI/ Congelada SI

*Desde fuera de Santiago
Suero: Ambiente NO / Refrigerada SI/ Congelada SI

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado ¹ : Inmunoensayo Electroquimioluminiscente / Cobas / Roche

Intervalo de Referencia

: No aplica.

Factores de Conversión:

$$\text{uU/mL} \times 6.945 = \text{pmol/L}$$

$$\text{pmol/L} \times 0.144 = \text{uU/mL}$$

Valor Crítico

: No aplica.

Parámetros de Desempeño ^{1,3}

: Coeficiente de Variación Analítico Interensayo:

2.1 % para concentraciones de 22.1 uU/mL

1.4 % para concentraciones de 49.7 uU/mL

Límite de detección:

0.4 uU/mL

Límite de cuantificación:

1.0 uU/mL

Intervalo de medición:

0.4 - 1000 uU/mL

Información Clínica ^{2,4}

: Coeficiente de Variación Biológico Intra individuo: 21.1 %

Coeficiente de Variación Biológico Inter individuo: 58.3 %

La insulina es una hormona proteínica sintetizada, almacenada y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. La insulina es responsable de la regulación de las concentraciones de glucosa en la sangre. En las células beta, la insulina inicialmente existe como una molécula de gran tamaño denominada preproinsulina. La preproinsulina se escinde para formar proinsulina, el precursor de la insulina y del péptido C. Ambos son liberados a la circulación en cantidades equimolares.

La insulina se libera en respuesta a la presencia de la glucosa en la sangre, habitualmente después de la ingestión de alimentos. Aproximadamente el 50 % de la insulina liberada a la circulación portal se elimina a través del hígado. La insulina se une a receptores celulares localizados principalmente en el tejido hepático, adiposo y muscular, reduciendo la glucosa en la sangre mediante la estimulación de la glucogenólisis en el hígado, la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo y la síntesis de proteínas en los músculos.

La respuesta a la insulina es dependiente de la edad. Se recomienda que las concentraciones de insulina sean interpretadas en relación a los valores de glucosa determinados simultáneamente.

Referencias

- : 1. Cobas. Insulin. Inserto del Fabricante.
2. Schnell Z., Leeuwen A., Kranpitz T. (2006). Davis's Comprehensive Laboratory and Diagnostic Test Handbook-with Nursing Implications. F.A. Davis Company.
3. Software para el manejo del Control de Calidad Interno. Modulab Gold.
4. Westgard J. Biologic Variation Database. Disponible en: <http://www.westgard.com/biodatabase1.htm>