# PAROTIDITIS VIRUS, IgG

# SUSPENDIDO TEMPORALMENTE

*Actualizado en Mayo 2025 por TM. Ana M. Contreras.*
*Revisado y Aprobado por Dra. Marcela Ferrés.*

**Código del Examen** : 1535

**Nombres del Examen** : **PAROTIDITIS VIRUS, IgG**

**Laboratorios de Procesamiento** :

| Laboratorio | Días de Procesamiento | Plazo de Entrega de Resultados |
|---|---|---|
| Laboratorio de Infectología y Virología Molecular | Lunes a viernes (8:30 a 18:00 hrs) Sábado (9:00 a 15:00 hrs) | 2 días hábiles |

**Preparación del Paciente** : No requiere preparación.

**Muestra Requerida** : Sangre (suero), tubo tapa roja (sin anticoagulante)

**Estabilidad de la Muestra** :

| Muestra | Tº Ambiente (20 - 25 ºC) | Refrigerada (2 - 8 ºC) | Congelada (-20ºC) |
|---|---|---|---|
| Suero | No | 72 Hrs | 30 días |
| Sangre Total | 6 Hrs | 72 Hrs | No |

**Condiciones de Envío al Laboratorio** : *Dentro de Santiago y en el día:
Sangre Total: Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada NO
Suero: Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada SI

*Desde fuera de Santiago:
Suero: Ambiente No/ Refrigerada SI/ Congelada SI

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

**Método Utilizado** : ELISA

**Intervalos de Referencia** : Negativo: <70 U/ml
Positivo: >100 U/ml
Indeterminado: 70-100 U/ml
Límites de cuantificación: 30-2000 U/ml

**Valor Crítico** : No aplica

**Parámetros de Desempeño** : **IgG**: Sensibilidad analítica: >99%
Especificidad Analítica: 98,2%

**Información Clínica** : Indicador de infección pasada por virus Parotiditis, identifica a los pacientes susceptibles a la infección.

**Referencias** : .-Tischer et al. (2007) Standardization of measles, mumps and rubella assays to

enable comparisons of seroprevalence data across 21 European countries and Australia. Epidemiol. Infect. 135, 787 – 97.
.-Andrews, N. et al. (2000) The European Sero- Epidemiology Network: standardizing
the enzyme immunoassay results for measles, mumps and rubella. Epidemiol. Infect. 125, 127-41.
.- www.virion-serion.de