PCR CUANTITATIVO PARA VIRUS BK

Actualizado en Julio 2022 por TM. Carlos Palma Ll.
Revisado y Aprobado por Dra Marcela Ferrés.

Código del Examen : 2149

Nombres del Examen : PCR CUANTITATIVO PARA VIRUS BK, CARGA VIRAL VIRUS BK, PCR virus BK en sangre, PCR virus BK en orina

Laboratorios de Procesamiento :

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo máximo de Entrega de Resultados
Laboratorio de Infectología y Virología Molecular	Lunes a Viernes (8:30 - 19:30 hrs) Sábado (9:00 - 13 hrs)	2 días hábiles

Preparación del Paciente : No requiere preparación.

Muestra Requerida : *Sangre (EDTA), Plasma (EDTA)*
Orina (frasco estéril).

Estabilidad de la Muestra :

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Sangre	2 hrs	6 hrs	Nunca
Plasma	No	72 hrs	1 mes
Orina	4 hrs	48 hrs	1 mes

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día:
Sangre(EDTA): Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada NO
Orina : Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada Si

*Desde fuera de Santiago:
Plasma(EDTA): Ambiente NO/ Refrigerada SI/ Congelada SI
Orina : Ambiente NO/ Refrigerada SI/ Congelada SI

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado : PCR en tiempo real cuantitativo

Intervalos de Referencia : Indetectable

Valor Crítico : No

Parámetros de Desempeño : Intervalo de cuantificación Plasma: desde 165 copias/ml hasta 100.000.000 copias/ml (LoD: 165 copias/ml)
Intervalo de cuantificación Orina: desde 89 copias/ml hasta 100.000.000 copias/ml (LoD: 89 copias/ml)

Información Clínica : De ayuda en diagnóstico diferencial de Cistitis Hemorrágica y nefropatía en paciente transplantado renal y de precursores hematopoyéticos.

Referencias :

Inserto BKV ELITe MGB Kit, Ref RTS175PLD